



LAUDO DE AVALIAÇÃO

PROCESSO Nº 0000188/2023

Pregão Presencial 000079/2023

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS, MATERIAL DE ACUPUNTURA E DESCARTÁVEIS HOSPITALARES FRUSTRADOS (PROCESSO Nº 350-2022).

Foram Reprovados os itens da empresa **DIFARMIG LTDA** para os lotes 14-28-37 conforme abaixo:

Lote 14 COBERTURA ANTIMICROBINA - 15 X 15CM cobertura primária, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofilicas gelificantes com estrutura composta 100% de álcool polivinilico (pva) e propriedade para alta capacidade de absorção e aprisionamento de fluidos e bactérias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata , estéril, altamente resistente à tração não deixando resíduos na lesão. o curativo poderá permanecer na lesão por até 7 dias. marca sugerida: dermacure ou similar em qualidade apresentar amostra no pregão ou conforme item 8.1.7 do edital.

Reprovado: Não atende ao descritivo quanto a composição, não apresenta o componente álcool polivinilico (PVA) constante no descritivo solicitado no edital, na ficha do produto apresentada.

Lote 28 CURATIVO MULTICAMADAS COM 5 CAMADAS - 15 X 15CM curativo multicamadas, flexível, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por 5 camadas: superfície de contato revestido por silicone suave; segunda camada composta por espuma de poliuretano com propriedade de transferência do exsudato; terceira camada de viscose e poliéster com propriedade dispersiva; quarta camada de algodão e poliacrilato perfurada com alta capacidade de absorção e propriedades de retenção (estas 2 últimas apresentando cortes em forma de y em toda a sua extensão possibilitando grande flexibilidade e maleabilidade em 360°), e camada de filme de poliuretano semipermeável possuindo pontos demarcadores a cada 1 cm que permitem monitoramento do progresso da absorção e indicam o momento ideal de troca e também, identificação do produto. possui sistema de aplicação com revestimento removível em 3 partes que facilitam e permitem a aplicação com maior firmeza e segurança. apresenta capacidade de manejo de fluido de no mínimo 20,9 g/10cm²/24h, esterilizado a óxido de etileno. marca sugerida molnlycke ou similar em qualidade apresentar amostra no pregão ou conforme item 8.1.7 do edital.

Reprovado: Não atende ao descritivo quanto a composição, não apresenta camada de viscose e poliéster constante no descritivo solicitado no edital na ficha do produto apresentada.

Lote 37 GEL COLOIDE HIDROATIVO - TUBO 50G gel coloide hidroativo composto por



arginina, agua purificada, macrogol, ácidos gordos de cadeia ramificada, p-hidroxibenzoato de metilo e propilo e edta clissódico. promove proteção de dermatites com propriedade de barreira contra contaminação externa com retardo do início e redução da incidência de descamação úmida hidratando a área da pele afetada e restaurando o equilíbrio de umidade , redução da intensidade dos primeiros sintomas de reações cutâneas e ideal para acelerar a renovação celular e a restauração rápida da pele. tubo 50g. marca sugerida molnlycke ou similar em qualidade apresentar amostra no pregão ou conforme item 8.1.7 do edital

Reprovado: O produto apresentado não condiz com o item solicitado no descriptivo do edital. Foi apresentado uma pasta para preenchimento Peri estoma, o solicitado é um gel para proteção de dermatites com propriedade barreira.

Sem mais,

Extrema 25 de julho de 2023.

Priscila P de Freitas Costa
Enf. Intensiv. COPEN-MG-458258
25 JUL 2023

*Priscila Paula de Freitas Costa
Enfermeira
Secretaria Municipal de Saúde*



PREFEITURA DE
EXTREMA

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624
Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37.640-000
(35) 3435.1911

www.extrema.mg.gov.br

Inovação e Gestão de Resultados,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>LOTE</u>	<u>ITEM</u>	<u>DESCRITIVO LICITAÇÃO</u>	<u>DESCRITIVO BULA</u>
21	31	CURATIVO ADESIVO EM FILME TRANSPARENTE - 10CM X 10M filme adesivo transparente, não estéril, impermeável a água e a bactérias, flexível, com suporte quadriculado, de fácil aplicação, em especial na retirada da camada externa (quadriculada). indicado para fixação de curativo, prevenção de lesão por pressão e dor neurológica. apresentação em rolo embalado individualmente	Curativo Transparente Vital Derme é composto de um filme de Poliuretano (PU) com cobertura transparente, semipermeável, não estéril, cobertura semi oclusiva adesiva e semipermeável (Permeável ao vapor d'água e gases impermeável a líquidos e contaminação bacteriana), apresentada na forma de filme, proporcionam um meio úmido ideal ao processo de cicatrização. Apresentação, em rolo. Indicado para prevenção de ruptura da pele e como coberturas de outros tipos de lesões de pele, possui fácil remoção atraumática

O item em questão foi aprovado, pois correspondeu ao descritivo e o teste foi satisfatório.

Documento assinado digitalmente
gov.br
RONARA APARECIDA ALVES RODRIGUES
Data: 28/07/2023 15:25:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>