



## PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |  
CEP 37640-000 | (35) 3435-6266

[www.prevextrema.mg.gov.br](http://www.prevextrema.mg.gov.br)

### ATA DE JULGAMENTO 4<sup>a</sup> SOLICITACAO DE CATÁLOGOS

PROCESSO Nº 000188/2023

Pregão Presencial 000079 / 2023

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS, MATERIAL DE ACUPUNTURA E DESCARTÁVEIS HOSPITALARES FRUSTRADOS (PROCESSO Nº 350-2022).

Aos 23 de agosto de 2023, o Pregoeiro com base no laudo emitido pelo responsável técnico afeto a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, informa o parecer técnico final.

#### DIFARMIG LTDA

**Lote 12:** COBERTURA A BASE DE UREIA - FRASCO COM ATÉ 100ML produto viscoso, não estéril, composto por água, 10% ureia, palmitato de isopropilo, palmitato de octila, estearato de glicerila, 4% de alfa hidroxiácido, álcool, estearílico, sorbitol, lactato de amônio, ácido esteárico. sem conservantes, corantes ou perfume, reduz o risco de reações alérgicas na pele sensível do diabético da marca **COLOPLAST**. MARCA APROVADA.

#### CIRURGICA UNIAO LTDA

**Lote 28:** CURATIVO MULTICAMADAS COM 5 CAMADAS - 15 X 15CM curativo multicamadas, flexível, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por 5 camadas: superfície de contato revestido por silicone suave; segunda camada composta por espuma de poliuretano com propriedade de transferência do exsudato; terceira camada de viscose e poliéster com propriedade dispersiva; quarta camada de algodão e poliacrilato perfurada com alta capacidade de absorção e propriedades de retenção (estas 2 últimas apresentando cortes em forma de y em toda a sua extensão possibilitando grande flexibilidade e maleabilidade em 360°), e camada de filme de poliuretano semipermeável possuindo pontos demarcadores a cada 1 cm que permitem monitoramento do progresso da absorção e indicam o momento ideal de troca e também, identificação do produto. possui sistema de aplicação com revestimento removível em 3 partes que facilitam e permitem a aplicação com maior firmeza e segurança. apresenta capacidade de manejo de fluido de no mínimo 20,9 g/10cm<sup>2</sup>/24h, esterilizado a óxido de etileno da marca **MEPILEX BORDER FLEX**. MARCA APROVADA.

Ato contínuo o Pregoeiro após as devidas classificações, abre prazo de até 002 (dois) dias úteis para as empresas que tiveram amostras reprovadas apresentarem recursos em relação a sua desclassificação, conforme preconiza o item 8.1.7.2 - inciso VII do edital.

Informamos que receberemos os recursos no horário comercial 8:00 às 17:00 pelo e-mail [licitacao@extrema.mg.gov.br](mailto:licitacao@extrema.mg.gov.br) <mailto:licitacao@extrema.mg.gov.br> até **o dia 25 de agosto de 2023**.

Nada mais havendo, encerra-se esta ata, devidamente assinada, depois de lida e achada conforme, pelo pregoeiro nomeado pelo DECRETO DE PREGOEIRO Nº 3.087 de 04 de janeiro de 2017.

---

FERNANDO CÉSAR DA SILVA  
(Pregoeiro)