



LAUDO DE AVALIAÇÃO

PROCESSO Nº 000353/2023

Pregão Presencial 000139/ 2023

**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
DESCARTÁVEIS HOSPITALARES**

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, o Pregoeiro após recebimento das amostras apresentadas pelas empresas **AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA EPP; ALFALAGOS LTDA; CIRURGICA UNIAO LTDA; EXTREMA PAPER OFFICE LTDA; LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA; MED CENTER COMERCIAL LTDA; SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e VALE COMERCIAL EIRELI**, solicitou a sua Equipe de Apoio afeto a Secretaria Municipal de Saúde a análise do material, informando abaixo o resultado:

AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA EPP do lote 43

*Item 902: SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB - Frasco de 1000 ml de marca **HELIANTO**.* ✓

AMOSTRA APROVADA. ✓

_____ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ALFALAGOS LTDA nos lotes 37, 38, 39, 40, 45, 142, 143, 179, 249, 250, 251, 252, 253, e 361

*Item 138: ATADURA DE CREPE 100% ALGODÃO 6 CM X 1,80 PCT de **MARCA AMED**.* ✓

AMOSTRA REPROVADA. Pelo motivo que há fácil desfiamento dos fios. ✓

*Item 141: ATADURA DE CREPE 10CM PCT de **MARCA AMED**.* ✓

AMOSTRA REPROVADA. Pelo motivo que há fácil desfiamento dos fios. ✓

*Item 147: ATADURA DE CREPE 15CM PCT de **MARCA AMED**.* ✓

AMOSTRA REPROVADA. Pelo motivo que há fácil desfiamento dos fios. ✓

Priscila P. de Freitas Costa
Enfermeira Intensivista
COREN-MG-458258



Item 153: ATADURA DE CREPE 20CM PCT de **MARCA AMED.** ✓

AMOSTRA REPROVADA. Pelo motivo que há fácil desfiamento dos fios. ✓

Item 168: AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT C CINTA E PUNHO ELÁSTICO MANGA LONGA GRAMATURA 40 PACOTE C 10 UNID. DE **MARCA NOBRE.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 354: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C500 UNID PCT de **MARCA WS.** ✓

AMOSTRA REPROVADA. Pelo motivo que há fácil desfiamento dos fios. ✓

Item 363: COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 - PACOTE 10 UNIDADES de **MARCA FORTCLEAN.** ✓

AMOSTRA REPROVADA. Pelo motivo que há fácil desfiamento dos fios. ✓

Item 445: EQUIPO FOTOSSENSÍVEL MACROGOTAS UN de **MARCA BIOSANI.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 610: FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG PCT de **MARCA LIPPY BABY.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 611: FRALDA DESCARTÁVEL TRIPLA PROTEÇÃO P CRIANÇAS 5 A 9KG TAM. M - PACOTE C 28 FRALDAS PCT de **MARCA LIPPY BABY.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 612: FRALDA DESCARTÁVEL TRIPLA PROTEÇÃO P CRIANÇAS 5 A 9KG TAM. M - PACOTE C 32 FRALDAS PCT de **MARCA LIPPY BABY.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 613: FRALDA DESCARTÁVEL TRIPLA PROTEÇÃO P CRIANÇAS 9 A 12 KG TAM. G - PACOTE C 24 FRALDAS PCT de **MARCA LIPPY BABY.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 614: FRALDA DESCARTÁVEL TRIPLA PROTEÇÃO P CRIANÇAS ATÉ 05 KG TAM. P - PACOTE C 30 FRALDAS PCT de **MARCA LIPPY BABY.**

Priscila R. de Freitas Costa
Enfermeira Intensivista
COREN-MG-458238



AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 989: *SERINGA DESCARTÁVEL 60ML COM BICO LUER SLIP UN de MARCA SR.*

AMOSTRA REPROVADA. ✓ Na amostra apresentada o bico da seringa é curto não atendendo a demanda de conexão nas sondas. ✓

CIRURGICA UNIAO LTDA nos lotes 46, 59, 132, 183, 262, 300:

Item 181: *AVENTAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL MANGA LONGA P/ PROCEDIMENTOS (P, M, G) DE MARCA SOCC.*

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 213: *CAMPO FENESTRADO CIRURGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 40x40 PCT DE MARCA BEST FABRIL.*

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 316: *COBRE CORPO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,10 M UN DE MARCA RAVA.*

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 452: *EQUIPO INFUSOR 2 VIAS INFANTIL UN DE MARCA MEDSONDA.*

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 632: *FRASCO PARA NUTRIÇÃO 300ml UN DE MARCA LIFE.*

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 820: *MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO INFANTIL - USO ÚNICO / NÃO ESTÉRIL CX DE MARCA SOL MILLEMNIU.*

AMOSTRA APROVADA ✓

EXTREMA PAPER OFFICE LTDA nos lotes 238, 258:

Item 564: *FITA CREPE 18MM X 50 METROS UN MARCA KAZ.* ✓

Priscila de Freitas Costa
Enfermeira Intensivista
COREN-MG-458258



AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 626: FRALDA JUVENIL (UND) UN **MARCA NEWFRAL** ✓

NÃO APRESENTOU AMOSTRA DO ITEM SENDO DESCLASSIFICADO NO ITEM.

LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA nos lotes **124, 130, 131, 137, 138, 248, 254, 255, 256, 257, 317, 318, 322, 344, 365:**

Item 306: CINTO DE CONTENÇÃO PARA PUNHOS - PARA ACAMADOS PAR DE **MARCA DEJAMARO.** ✓

Item 314: CLAMP UMBILICAL UN **MARCA SR.** ✓

AMOSTRA APROVADA ✓

Item 315: COBERTOR MANTA TERMICA ALUMINIZADO 2,10X1,40 UN **MARCA PROTMED.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 339: COLETOR DE URINA COM CORDÃO 02 LITROS UN **MARCA LETOMED.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 342: COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO CX **MARCA LETOMED.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 608: FRALDA DESCARTÁVEL P CRIANÇAS ATÉ 04 KG TAM. RN - PACOTE C 18 FRALDAS PCT **MARCA POMPOM.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 616: FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE UN **MARCA VITACARE/KAIROS.**

AMOSTRA REPROVADA. Pelo motivo apresenta fitas adesivas que se soltam o tempo todo, não permitindo o correto fechamento da fralda no paciente.

Item 618: FRALDA GERIATRICA GRANDE UN **MARCA VITACARE/KAIROS** ✓

Priscila P. de Freitas Costa
Enfermeira Intensivista
CORENMG-458258



AMOSTRA REPROVADA. Pelo motivo apresenta fitas adesivas que se soltam o tempo todo, não permitindo o correto fechamento da fralda no paciente.

Item 620: FRALDA GERIATRICA MEDIA (M) UN MARCA VITACARE/KAİROS ✓

AMOSTRA REPROVADA. Pelo motivo apresenta fitas adesivas que se soltam o tempo todo, não permitindo o correto fechamento da fralda no paciente. ✓

Item 622: FRALDA GERIATRICA PEQUENA (P) UN MARCA BIGFRAL

APROVADO. ✓

Item 859: MÁSCARA HOSPITALAR N95 CLASSE PFF-2 - SEM RESPIRADOR UN MARCA TAVARES CUNHA. ✓

AMOSTRA REPROVADA. Pelo motivo de não ajuste adequado ao formato do rosto não tendo a adequada vedação. ✓

Item 868: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL PVC, TAMANHO N° 1,0 UN MARCA BRASIL MED CARE

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 872: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL PVC, TAMANHO N° 3,0 UN MARCA JOAO MED

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 903: SACO GRADUADO COLETOR URINA DE Sonda COM CORDÃO - 2000 ML UN MARCA DARU.

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 996: SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO ORAL/ENTERAL COM BICO BIGLOCK COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL, PRODUTO ESTER UN MARCA SR. ✓

AMOSTRA REPROVADA. Pelo motivo de apresentar falha na conexão do bico da seringa com a sonda.

MED CENTER COMERCIAL LTDA nos lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 239, 298:

Priscila P. de Freitas Costa
Enfermeira Intensivista
COREN-MG 458258



Item 13: ABOCATH Nº16 CX MARCA SEVEN

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 16: ABOCATH Nº18 CX MARCA SEVEN

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 19: ABOCATH Nº18 CX MARCA SEVEN

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 20: ABOCATH Nº20 CX MARCA SEVEN

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 24: ABOCATH Nº22 CX MARCA SEVEN

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 28: ABOCATH Nº24 CX MARCA SEVEN

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 578: FITA MICROPORE 10 CM X 4,5 METROS UM MARCA WILTEX.

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 816: MALHA TUBULAR 15 CM X 15 MTS MARCA POLARFIX

AMOSTRA APROVADA. ✓

SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA nos lotes 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 299:

Item 780: LUVA DE VINIL SEM PÓ ATÓXICA - TAMANHO PP CX DE MARCA EMBRAST.

NÃO APRESENTOU AMOSTRA SENDO DESCLASSIFICADO NO ITEM. ✓

Item 785: LUVA DESCARTÁVEL ESTÉRIL - TAM: 6,5 CX MARCA LIFE PLUS – TARGASA.

AMOSTRA APROVADA.

Priscila P. de Freitas Costa
Enfermeira Intensivista
COREN-MG-458258



Item 790: LUVA DESCARTÁVEL ESTÉRIL - TAM: 7,0 CX **MARCA LIFE PLUS – TARGASA.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 796: LUVA DESCARTÁVEL ESTERIL - TAM: 7,5 CX **MARCA LIFE PLUS – TARGASA.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 802: LUVA DESCARTÁVEL ESTERIL - TAM: 8,0 CX **MARCA LIFE PLUS – TARGASA.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 807: LUVA DESCARTÁVEL ESTERIL - TAM: 8,5 CX **MARCA LIFE PLUS – TARGASA.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 813: MALHA TUBULAR 10 CM X 15 MTS UN **MARCA MSO.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 818: MALHA TUBULAR 8 CM X 15 MTS UN **MARCA MSO.**

AMOSTRA APROVADA. ✓

VALE COMERCIAL EIRELI nos lotes 12, 19, 57, 60, 109, 110, 111, 112, 175, 189, 362, 366:

Item 37: AGULHA A VÁCUO 25x7 CX **MARCA LABOR IMPORT**
AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 56: AGULHA DESCARTÁVEL 20x55 CX **MARCA LABOR IMPORT**
AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 210: CAMPO CIRURGICO ESTERIL 150 CM X 220 CM UN **MARCA PROTDESC**
AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 220: CAMPO OPERATÓRIO 45x50 **MARCA AMED**
AMOSTRA APROVADA. ✓

Item 287: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM SISTEMA DE

Priscila P. de Freitas Costa
Enfermeira Intensivista
CCREN-MG-458258



SEGURANÇA - 18G 2 VIAS MARCA DESCARPACK

AMOSTRA APROVADA. ✓

**Item 289: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM SISTEMA DE
SEGURANÇA - 20G 2 VIAS UN MARCA DESCARPACK**

AMOSTRA APROVADA. ✓

**Item 290: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM SISTEMA DE
SEGURANÇA - 22G 2 VIAS UN MARCA DESCARPACK**

AMOSTRA APROVADA. ✓

**Item 291: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM SISTEMA DE
SEGURANÇA - 24G 2 VIAS UN MARCA ACK**

NÃO APRESENTOU AMOSTRA SENDO DESCLASSIFICADO.

**Item 436: EQUIPO C/ PINÇA ROLETE MICROGOTAS P/ SORO UN MARCA
MEDSONDA**

AMOSTRA APROVADA. ✓

**Item 466: ESPARADRAPO 10 X 4 5 UN MARCA MAXICOR
NÃO APRESENTOU AMOSTRA SENDO DESCLASSIFICADO ✓**

**Item 990: SERINGA HIPODERMICA, 1 ML BICO LUER LOCK C/ AGULHA 0,45
X 13 MM UN MARCA ABL**

AMOSTRA APROVADA. ✓

**Item 997: SISTEMA DE ASPIRAÇÃO SECREÇÃO DE FLUÍDO - 1000 ML UN
MARCA CPL**

AMOSTRA APROVADA. ✓

Sem mais,

Priscila P. de Freitas Costa
Enfermeira Intensivista
COREN/MG 458258

Priscila Paula de Freitas Costa
Enfermeira
Secretaria Municipal de Saúde

Extrema, 18 de dezembro de 2023.