



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |
CEP 37640-000 | (35) 3435-6266

www.prevextrema.mg.gov.br

ATA DE JULGAMENTO 3ª SOL AMOSTRAS SEGUIDO 4ª SOLICITACAO DE CATÁLOGOS

PROCESSO Nº 000188/2023

Pregão Presencial 000079/ 2023

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS, MATERIAL DE ACUPUNTURA E DESCARTÁVEIS HOSPITALARES FRUSTRADOS (PROCESSO Nº 350-2022).

Aos 21 de agosto de 2023, o Pregoeiro com base nos laudos emitidos pelos responsáveis técnicos afeto a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, informa os lotes Aprovados e Reprovados.

REPROVADOS

QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Lote 12: COBERTURA A BASE DE UREIA - FRASCO COM ATÉ 100ML produto viscoso, não estéril, composto por água, 10% ureia, palmitato de isopropilo, palmitato de octila, estearato de glicerila, 4% de alfa hidroxíácido, álcool, estearílico, sorbitol, lactato de amônio, ácido esteárico. sem conservantes, corantes ou perfume, reduz o risco de reações alérgicas na pele sensível do diabético da marca **HELIANTO**.

Reprovado: O item apresentado (HIDRALIV) não atender a composição do descritivo solicitado.

Lote 28: CURATIVO MULTICAMADAS COM 5 CAMADAS - 15 X 15CM curativo multicamadas, flexível, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por 5 camadas: superfície de contato revestido por silicone suave; segunda camada composta por espuma de poliuretano com propriedade de transferência do exsudato; terceira camada de viscose e poliéster com propriedade dispersiva; quarta camada de algodão e poliacrilato perfurada com alta capacidade de absorção e propriedades de retenção (estas 2 últimas apresentando cortes em forma de y em toda a sua extensão possibilitando grande flexibilidade e maleabilidade em 360º), e camada de filme de poliuretano semipermeável possuindo pontos demarcadores a cada 1 cm que permitem monitoramento do progresso da absorção e indicam o momento ideal de troca e também, identificação do produto. possui sistema de aplicação com revestimento removível em 3 partes que facilitam e permitem a aplicação com maior firmeza e segurança. apresenta capacidade de manejo de fluido de no mínimo 20,9 g/10cm²/24h, esterilizado a óxido de etileno da marca **CONVATEC**.

Reprovado: O item apresentado (Aquacel Foam Pro) não atender a composição do descritivo solicitado.

APROVADO

QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |
CEP 37640-000 | (35) 3435-6266

www.prevextrema.mg.gov.br

Lote 38: HIDROGEL - TUBO 85GR hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximeilcelulose sódica, alantoina, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. gel coeso, que não escorra. tubos com dispensadores multidose, que propicie aplicação precisa com risco mínimo de contaminação da marca **CONVATEC**.

ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Lote 10: BOTA DE UNNA - DIMENSOES APROX: 7,5CM X 6M bandagem pronta para bota de unna, composta por bandagem de algodão - tecido não estéril, inelástica, impregnada com pasta á base de oxido de zinco a 10%, água purificada, glicerol, álcool cetosteárico, cetomacrogol, óleo mineral, goma de xantina, goma de guar, metilparahidroxibenzoato e propilparahidroxibenzoato. Não seca durante o tratamento e fácil retirada. Embalada individualmente. indicação para tratamento de úlceras venosas, eczemas e dermatites crônicas da marca **CURATEC**.

CIRURGICA UNIAO LTDA

Lote 14: COBERTURA ANTIMICROBINA - 15 X 15CM cobertura primária, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofílicas gelificantes com estrutura composta 100% de álcool polivinílico (pva) e propriedade para alta capacidade de absorção e aprisionamento de fluidos e bactérias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, estéril, altamente resistente à tração não deixando resíduos na lesão. o curativo poderá permanecer na lesão por até 7 dias da marca **EXUFIBER AG**.

Lote 37: GEL COLOIDE HIDROATIVO - TUBO 50G gel colóide hidroativo composto por arginina, água purificada, macrogol, ácidos gordos de cadeia ramificada, p-hidroxibenzoato de metilo e propilo e edta clissódico. promove proteção de dermatites com propriedade de barreira contra contaminação externa com retardo do início e redução da incidência de descamação úmida hidratando a área da pele afetada e restaurando o equilíbrio de umidade, redução da intensidade dos primeiros sintomas de reações cutâneas e ideal para acelerar a renovação celular e a restauração rápida da pele. tubo 50g da marca **FLAMIACT IV**.

Ato contínuo o Pregoeiro após as devidas desclassificações, diligenciou-se ao responsável técnico da Secretaria Solicitante sobre a possibilidade da solicitação de catálogos em substituição as amostras, o qual retornou positivamente.

Assim sendo, solicita-se aos representantes das empresas reclassificadas no certame providenciem catálogos e o máximo de informações dos lotes conforme abaixo:

DIFARMIG LTDA

Lote 12: COBERTURA A BASE DE UREIA - FRASCO COM ATÉ 100ML produto viscoso, não estéril, composto por água, 10% ureia, palmitato de isopropilo, palmitato de octila, estearato de glicerila, 4% de alfa hidroxíácido, álcool, estearílico, sorbitol, lactato de amônio, ácido esteárico. sem conservantes, corantes ou perfume, reduz o risco de reações alérgicas na pele sensível do diabético da marca **COLOPLAST**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 | Ponte Nova | Extrema/MG |
CEP 37640-000 | (35) 3435-6266

www.prevextrema.mg.gov.br

CIRURGICA UNIAO LTDA

Lote 28: CURATIVO MULTICAMADAS COM 5 CAMADAS - 15 X 15CM curativo multicamadas, flexível, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por 5 camadas: superfície de contato revestido por silicone suave; segunda camada composta por espuma de poliuretano com propriedade de transferência do exsudato; terceira camada de viscosa e poliéster com propriedade dispersiva; quarta camada de algodão e poliacrilato perfurada com alta capacidade de absorção e propriedades de retenção (estas 2 últimas apresentando cortes em forma de y em toda a sua extensão possibilitando grande flexibilidade e maleabilidade em 360º), e camada de filme de poliuretano semipermeável possuindo pontos demarcadores a cada 1 cm que permitem monitoramento do progresso da absorção e indicam o momento ideal de troca e também, identificação do produto. possui sistema de aplicação com revestimento removível em 3 partes que facilitam e permitem a aplicação com maior firmeza e segurança. apresenta capacidade de manejo de fluido de no mínimo 20,9 g/10cm²/24h, esterilizado a óxido de etileno da marca **MEPILEX BORDER FLEX**.

Informamos que receberemos os catálogos no horário comercial 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 pelo e-mail licitacao@extrema.mg.gov.br <<mailto:licitacao@extrema.mg.gov.br>> até as **17:00 horas do dia 23 de agosto de 2023**.

Nada mais havendo, encerra-se esta ata, devidamente assinada, depois de lida e achada conforme, pelo pregoeiro nomeado pelo DECRETO DE PREGOEIRO Nº 4.276 - 2022.

FERNANDO CÉSAR DA SILVA
(Pregoeiro)

Extrema, 21 de agosto de 2023.