



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-5729 (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 00011/2023 - 19/12/2023 - Processo N° 000379/2023

| | |
|----------|---|
| Vencedor | QUIBASA - QUIMICA BÁSICA LTDA |
| CNPJ | 19.400.787/0001-07 |
| Endereço | RUA TELES DE MENEZES, 0092 - SANTA BRANCA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31565-13 |
| Contato | 3134395454 03134395455 licitacao@bioclin.com.br |

| Ítem * | Lote | Código | Especificação | Marca | Unid. | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|--------|-------|----------|--|-------------------|-------|------------|------------------|-------------|
| 00001 | 00001 | 00095923 | <p>ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA analisador automático de hematologia com produtividade de no mínimo 100 testes/hora para hemograma com contagem cbc + diff e no mínimo 30 amostras por hora para fluidos biológicos com reagentes para a realização estimada de 20.000 (vinte mil) hemogramas/ano</p> <p>especificações técnicas: deve utilizar as seguintes metodologias : impedância, colorimetria e citometria de fluxo fluorescente; reagente livre de cianeto para teste de hemoglobina; equipamento deve ser utilizar tecnologia 3d para análise de wbc e nrbc em todas amostras, corrigindo automaticamente a contagem total de leucócitos; liberação de fração imatura da plt; mínimo de 45 parâmetros em sangue total com no mínimo 29 parâmetros reportáveis; equipamento deverá processar fluidos biológicos com liberação de no mínimo 15 parâmetros sendo no mínimo 7 reportáveis; equipamento deve liberar no mínimo 02 histogramas sendo 1 para rbc e 1 para plaqueta, dosi gráficos de dispersão 3d para diff e basófilos (nrbc); volume de amostra máximo de 90 ul de sangue total com carregamento automático de amostras e no maximo 100 ul de amostras de fluidos biológicos; equipamento deverá possui uma capacidade de no mínimo 50.000 resultados incluindo informações gráficas; a análise em fluidos biológicos deverá ser realizado sem a necessidade de utilização de reagentes específicos ou dedicados para este fim; deve processar no mínimo os fluidos biológicos peritoneal, pleural, sinovial e cefalorraquidiano; equipamentos deverá oferecer a possibilidade de realização de repetição automática; equipamento deve vir acompanhado com software para analise profissional de dados visando otimização do processo, o software deverá oferecer a possibilidade de configuração de parâmetros para liberações automáticas de resultados, parâmetros de "bloqueio" de amostras para revisão e validação; equipamento deve possuir código de barras embutido; equipamento deve oferecer a possibilidade de interfaceamento bidirecional (lis bidirecional); equipamento deverá ser entregue com computação completa, nobreak adequado conforme indicação do fabricante, conjunto inicial de reagentes (2 reagentes de cada). regeante para uso no proprio aparelho.</p> <p>obs: garantia mínima de 12 meses. apresentar catálogo técnico juntamente com a proposta financeira.</p> | MINDRAY BC6000 | UN | 1,00 | 180.000,00 00 | 180.000,00 |

Total do Fornecedor: 180.000,00

Total Geral: 180.000,00